LA GYNECOLOGIE

Pharmat

Partenaire exclusif du pharmacien

LA GYNECOLOGIE

L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE
LA FÉCONDATION IN VITRO

1 SONDE INTRA-UTERINE STANDARD

- Insémination Artificielle intra utérine avec sperme préparé.
- La sonde facilite l'accès au fond utérin sans traumatisme et permet de libérer les spermatozoïdes à proximité des ostiums tubaires.
- Sonde terminée par un cathéter très flexible à bout mousse et présentant deux ouvertures latérales. Volume interne de 0,38 ml.

CIP/ACL **645 822 0**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

1 2



2 SONDE INTRA-UTERINE MEMOIRE DE FORME

- Insémination Artificielle intra utérine avec sperme préparé.
- La sonde facilite l'accès au fond utérin sans traumatisme et permet de libérer les spermatozoïdes à proximité des ostiums tubaires.
- La sonde intra utérine à mémoire de forme est particulièrement adaptée aux cols sténosés.

CIP/ACL **582 433 2**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

3 CATHETER DE FRYDMAN

Pour transfert facile d'embryons lorsque le canal cervical est de perméabilité normale.
Cathéter en polyéthylène présentant une extrémité flexible de Ø interne 1,1 mm, de Ø externe 1,6 mm ainsi qu'une ouverture distale.

CIP/ACL **639 472 1** / 4,5MM CLASSIC
CIP/ACL **582 434 9** / 4,5MM
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

3 POUR TRANSFERT FACILE

4 SET DE FRYDMAN

Pour transfert difficile d'embryons. Le set peut être utilisé lorsqu'un col est étroit ou présente un coude rendant problématique l'introduction d'un cathéter standard. Il se compose de 2 cathéters :

- un introducteur
- un cathéter de réimplantation, en polyéthylène de 21,5 cm ou 25,5 cm selon le modèle
- un mandrin malléable

CIP/ACL **582 388 7** SET COURT
CIP/ACL **245 388 1** SET SOUPLE AVEC MANDRIN
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

4 POUR TRANSFERT DIFFICILE



1

CATHETER MOCK

1

Cathétérisme d'essai avant transfert d'embryon. Il permet de mimer les conditions exactes d'un transfert réel.
Le cathétérisme d'essai est recommandé pour :
- connaître l'hystérométrie,
- apprécier la configuration cervicale avant le transfert,
- anticiper les difficultés éventuelles du transfert,
- choisir le cathéter adapté.

Un cathétérisme d'essai avec le MOCK CATHETER peut être pratiqué :
- soit lors d'un cycle antérieur au transfert embryonnaire,
- soit immédiatement avant le transfert.

CIP/ACL **245 670 9**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

2

SET TDT

2

Transfert d'embryons. Il permet de réduire le risque d'enchâssement dans les cryptes ou l'obstruction par du mucus susceptible de contrarier l'expulsion de l'embryon.

Le set se compose de 2 cathéters :
- un introducteur présentant une extrémité flexible et 2 repères hystérométriques. Il est muni d'un mandrin métallique recouvert de plastique.
- un cathéter de réimplantation extra-fin sur microtube d'acier.

CIP/ACL **707 834 7**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

3

CANULE INJECTION VAGINALE

3

INDICATION : douche vaginale.
Stérile, usage unique. 5 orifices, longueur 20 cm,
S40 CH33
CIP/ACL **766 449 9**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

1 SPIRETTE

L : 23,5 cm.
Ø externe : 3,14 mm.
INDICATIONS :
Pour réaliser directement les aspirations exo- ou endo-cervicales.
S'utilise sans seringue.
CIP/ACL **582 493 5**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

1

2 PIPELLE DE CORNIER

Étude de l'endomètre :
- recherche d'une insuffisance lutéale,
- surveillance d'un traitement hormonal,
- saignements anormaux,
- cultures bactériologiques pour l'identification des germes pathogènes.
- Gaine souple transparente perforée à son extrémité distale par un orifice latéral et présentant 4 graduations repères à 4, 7, 8 et 10 cm.
- Un piston interne.

CIP/ACL **245 398 7**
CODE LPPR / BASE LPPR **NR**

2